



Høje-Taastrup Kommune

Dato: 11.10. 2018

Høringssvar

Vedr.: Udbud urologi

Seniorrådet tilslutter sig Handicaprådets høringssvar om urologi, idet vi mener, at Handicaprådet har ekspertisen på området.

Vi støtter specielt op om bemærkningerne til rammeaftalebilag 1, pkt. 2.2: Generelle krav til alle engangskatetre, hvor der ud for 6. bullet bør stå: "Være fri for latex, silicone og **ftalater**."

Med venlig hilsen

Seniorrådet